



# Atlas™ Gold

Cateter de dilatação para ATP

*ATP - Angioplastia Transluminal Percutânea*



# Projetado e indicado para veias iliofemorais.

O Cateter de Dilatação Atlas™ Gold é indicado para utilização em Angioplastia Transluminal Percutânea (ATP) de vasculatura periférica, incluindo as artérias ilíacas e as veias ilíacas e femorais e no tratamento de lesões obstrutivas de fístulas arteriovenosas de diálise, nativas ou sintéticas. Este dispositivo também é indicado para a pós-dilatação de stents e de enxertos de stents na vasculatura periférica.

Com um balão ultra não complacente que fornece diâmetros consistentes mesmo em altas pressões.

Ampla variedades de diâmetros em intervalos de tamanhos uniformes.

## Para dilatar veias ilíacas e femorais

(até 26 mm de diâmetro)

Comprimento (mm)			
20	40	60	
●	●	●	12
●	●	●	14
●	●	●	16
●	●	●	18
●	●		20
●	●		22
●	●		24
●	●		26

Diâmetros (mm)

Ponta cônica projetada para

## Pushability e Trackability

## Previsível

Diâmetros de balão projetado para reduzir o risco de dilatação excessivo das veias iliofemorais.

Projetado para fornecer

## Dilatação

em pressão até 18ATM

## Ombros curtos

para permitir dilatação nas bordas de stents



# Estudo clínico em veias iliofemorais<sup>1</sup>

Análise retrospectiva em um único centro, 61 pacientes com compressão da veia ilíaca foram tratados com o Atlas™ Gold para dilatação pós stent.

Pacientes tratados com o cateter Atlas™ Gold e terapias adjuvantes foram observadas **sem eventos adversos ou complicações importantes intraprocédimento relacionado ao balão.**

**ZERO**

Perfuração do balão

**ZERO**

Laceração do vaso

**ZERO**

Eventos intraprocédimento relacionado ao balão.

Estudo em paciente com **Síndrome de May-Thurner** e estenose venosa iliofemoral

Proporcionou **expansão do stent** no ponto de compressão



## Maiores diâmetros de cateter balão ultra não-complacente

Bainha de 80 cm					
Código do produto	Diâmetro do balão (mm)	Comprimento do balão (mm)	Pressão nominal (atm) <sup>*1</sup>	Pressão de ruptura (atm) <sup>*2</sup>	Tamanho da Bainha (Fr)
ATG80122	12	20	6	18	7
ATG80124		40	6	18	7
ATG80126		60	6	18	7
ATG80142	14	20	6	18	7
ATG80144		40	6	18	7
ATG80146		60	6	18	8
ATG80162	16	20	6	18	8
ATG80164		40	6	18	8
ATG80166		60	6	18	8
ATG80182	18	20	6	16	8
ATG80184		40	6	16	8
ATG80186		60	6	16	9
ATG80202	20	20	6	16	9
ATG80204		40	6	16	9
ATG80222	22	20	4	14	10
ATG80224		40	4	14	10
ATG80242	24	20	4	14	10
ATG80244		40	4	14	10
ATG80262	26	20	4	12	12
ATG80264		40	4	12	12

Compatível com fio guia .035"

Unidades por caixa: 1

Bainha de 120 cm					
Código do produto	Diâmetro do balão (mm)	Comprimento do balão (mm)	Pressão nominal (atm) <sup>*1</sup>	Pressão de ruptura (atm) <sup>*2</sup>	Tamanho da Bainha (Fr)
ATG120122	12	20	6	18	7
ATG120124		40	6	18	7
ATG120126		60	6	18	7
ATG120142	14	20	6	18	7
ATG120144		40	6	18	7
ATG120146		60	6	18	8
ATG120162	16	20	6	18	8
ATG120164		40	6	18	8
ATG120166		60	6	18	8
ATG120182	18	20	6	16	8
ATG120184		40	6	16	8
ATG120186		60	6	16	9
ATG120202	20	20	6	16	9
ATG120204		40	6	16	9
ATG120222	22	20	4	14	10
ATG120224		40	4	14	10
ATG120242	24	20	4	14	10
ATG120244		40	4	14	10
ATG120262	26	20	4	12	12
ATG120264		40	4	12	12

Compatível com fio guia .035"

Unidades por caixa: 1

\* RBP (Pressão de Ruptura Nominal): pressão na qual ou abaixo da qual a BD tem 95% de certeza que 99,9% dos balões não irão romper após uma única insuflação

\*\* Pressão Nominal: pressão na qual o balão atinge o diâmetro indicado no rótulo

Favor entrar em contato com o seu Representante de Vendas da BD para saber a disponibilidade de tamanhos.

### Referência

1. Shammam NW, Shammam GA, Jones-Miller S, Radaideh Q. Safety of the Atlas™ Gold Balloon in Treating Iliofemoral Veins: Experience From a Single Center. J Invasive Cardiol 2018;30:401-405. MAE defined as acute thrombosis, perforation, or device-related complications when Atlas™ Gold Catheter was used. 85.2% of observed patients had May-Thurner Syndrome of the left iliac vein. Lesions were evaluated with venogram and IVUS pre- and post-stent placement.

### CATETER DE DILATAÇÃO ATLAS™ GOLD

#### Indicação para Uso:

O Cateter de Dilatação Atlas Gold Bard é indicado para utilização em Angioplastia Transluminal Percutânea (ATP) de vasculatura periférica, incluindo as artérias ilíacas e as veias ilíacas e femorais e no tratamento de lesões obstrutivas de fístulas arteriovenosas de diálise, nativas ou sintéticas. Este dispositivo também é indicado para a pós-dilatação de stents e de enxertos de stents na vasculatura periférica. Este cateter não se destina ao uso nas artérias coronárias. ANVISA/MS n°: 80689090119

Consulte os rótulos dos produtos e as instruções de uso para indicações, contra-indicações, perigos, advertências e precauções.

[www.bd.com/pt-br](http://www.bd.com/pt-br)

©2024 BD. BD, BD Logo e todas as outras marcas registradas são propriedade da Becton, Dickinson and Company. Conforme requerido, o(s) produto(s) BD citado(s) encontram-se devidamente regularizado(s) junto à ANVISA (80689090148). Para mais informações, contacte a BD em SAC: 0800 055 5654 ou [cs\\_brasil@bd.com](mailto:cs_brasil@bd.com). Consulte os rótulos e instruções de uso do produto para qualquer indicação, contraindicação, riscos, advertências e cuidados. BD-112290

